



ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕПРИГОДНОСТИ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБСОЛЮТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРО" (ООО "АБСОЛЮТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРО")

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц [RA.RU.313716](https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-312770745)

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕПРИГОДНОСТИ К ПРИМЕНЕНИЮ № И-ДЮ0/31-01-2024/312770745

Средство измерений

Вычислители количества теплоты; ВКТ-9; ВКТ-9-01; Рег. № 56129-14

наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер

000142

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

поверено

в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

в соответствии с

РБЯК.400880.100 МП

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

и на основании результатов периодической поверки признано **непригодным** к применению.

Причины непригодности

Неисправность электронной части прибора, отсутствуют показания расхода

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ:

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-312770745>

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ:

312770745

Поверитель

Дингис К.А.

фамилия, инициалы

Директор

должность руководителя или другого уполномоченного лица

подпись

М.М. Володина

фамилия, инициалы

Дата поверки

31.01.2024