

Балт, Ленинград, 20-2 "Принтер 1-1"

Общество с ограниченной ответственностью

АБСОЛЮТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРО

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.313716

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ДЮО/19-08-2025/459591814

Действительно до 18.08.2029

Средство измерений:

Заводской номер:

В составе:

Поверено

В соответствии с

С применением эталонов:

Вычислители количества теплоты; ВКТ-7-04; Рег. № 23195-11
222806

в полном объеме

Раздел 8 РБЯК.400880.036 РЭ

17567-09 Стенды СКС6, Зав. №1037 Эталон 4-го разряда ГПС
утверждённой приказом Росстандарта №3456 от 30.12.2019г; 17567-09
Стенды СКС6, Зав. №1037 Эталон 2-го разряда ГПС утверждённой
приказом Росстандарта №2091 от 01.10.2018г; 17567-09 Стенды СКС6,
Зав. №1037 Эталон 5-го разряда ГПС утверждённой приказом
Росстандарта №2360 от 26.09.2022г

При следующих значениях
влияющих факторов:

Температура 24,1 °С; Давление 98,8 КПа; Влажность 55,7 %; Напряж. в
сети 230,5 В

И на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению

Постоянный адрес записи сведений о
результатах поверки в ФИФ ОЕИ:

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-459591814>

Номер записи сведений о
результатах поверки в ФИФ ОЕИ:

459591814

Знак поверки



Поверитель

Дингис К.А.

Директор

К.В. Попов

Дата поверки 19.08.2025

Общество с ограниченной ответственностью

АБСОЛЮТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРО

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РА. RU. 313716

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ДЮО/26-08-2025/460324664

Действительно до 25.08.2029

Средство измерений: Комплекты термопреобразователей сопротивления; КТСП-Н; Рег. № 38878-12

Заводской номер: 32156

В составе: -

Поверено в полном объёме

В соответствии с МП.ВТ.047-2002

С применением эталонов: 32777-06 Термометры ПТСВ-1-2, Зав. №1375 Эталон 2-го разряда ГПС
утверждённой приказом Росстандарта №3253 от 23.12.2022г; 23245-08
Преобразователи сигналов Теркон, Зав. №836620 Эталон 4-го разряда
ГПС утверждённой приказом Росстандарта №3456 от 30.12.2019г

При следующих значениях
влияющих факторов:

Температура 22,5 °С; Давление 99,3 КПа; Влажность 64,1 %

И на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению

Постоянный адрес записи сведений о
результатах поверки в ФИФ ОЕИ:

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-460324664>

Номер записи сведений о
результатах поверки в ФИФ ОЕИ:

460324664

Знак поверки



Поверитель

Милославский П.В.

Директор

К.В. Попов

Дата поверки 26.08.2025

Общество с ограниченной ответственностью
АБСОЛЮТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРО

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.313716

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ДЮО/26-08-2025/460324666

Действительно до 25.08.2029

Средство измерений: Комплекты термопреобразователей сопротивления; КТСП-Н; Рег. № 38878-12
Заводской номер: 49345
В составе: -
Поверено в полном объёме
В соответствии с МП.ВТ.047-2002
С применением эталонов: 32777-06 Термометры ПТСВ-1-2, Зав. №1375 Эталон 2-го разряда ГПС утверждённой приказом Росстандарта №3253 от 23.12.2022г; 23245-08 Преобразователи сигналов Теркон, Зав. №836620 Эталон 4-го разряда ГПС утверждённой приказом Росстандарта №3456 от 30.12.2019г

При следующих значениях влияющих факторов: Температура 23,1 °С; Давление 99,4 КПа; Влажность 64,2 %
И на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-460324666>

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: 460324666

Знак поверки



Поверитель

Милославский П.В.

Директор

К.В. Попов

Дата поверки 26.08.2025

Общество с ограниченной ответственностью

АБСОЛЮТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРО

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.313716

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ДЮО/26-08-2025/460324706

Действительно до 25.08.2029

Средство измерений: Преобразователи расхода электромагнитные; ПРЭМ-50-С1; Рег. № 17858-11
Заводской номер: 551845
В составе: -
Поверено в полном объёме
В соответствии с РБЯК.407111.039 МП
С применением эталонов: 77099-19 Установки УПРС+, Зав. №091 Эталон 2-го разряда ГПС утверждённой приказом Росстандарта №2356 от 26.09.2022г
При следующих значениях влияющих факторов: Температура 22,5 °С; Давление 99,3 КПа; Влажность 64,1 %; Темп. изм. среды 23,1 °С; Давл. изм. среды 0,1 МПа; Напряж. в сети 228,5 В
И на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-460324706>

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: 460324706

Знак поверки



Поверитель

Милославский П.В.

Директор

К.В. Попов

Дата поверки 26.08.2025

Общество с ограниченной ответственностью

АБСОЛЮТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРО

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.313716

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ДЮО/26-08-2025/460324708

Действительно до 25.08.2029

Средство измерений: Преобразователи расхода электромагнитные; ПРЭМ-50-С1; Рег. № 17858-11

Заводской номер: 544112

В составе: _____

Поверено в полном объёме

В соответствии с РБЯК.407111.039 МП

С применением эталонов: 77099-19 Установки УПРС+, Зав. №091 Эталон 2-го разряда ГПС
утверждённой приказом Росстандарта №2356 от 26.09.2022г

При следующих значениях Температура 23 °С; Давление 99,4 КПа; Влажность 64,8 %; Темп. изм.
влияющих факторов: среды 23,1 °С; Давл. изм. среды 0,1 МПа; Напряж. в сети 228,5 В

И на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-460324708>

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: 460324708

Знак поверки



Поверитель

Милославский П.В.

Директор

К.В. Попов

Дата поверки 26.08.2025

Общество с ограниченной ответственностью

АБСОЛЮТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРО

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.313716

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ДЮО/26-08-2025/460324711

Действительно до 25.08.2029

Средство измерений: Преобразователи расхода электромагнитные; ПРЭМ-32-С1; Рег. № 17858-11

Заводской номер: 511617

В составе: _____

Поверено в полном объёме

В соответствии с РБЯК.407111.039 МП

С применением эталонов: 77099-19 Установки УПРС+, Зав. №091 Эталон 2-го разряда ГПС
утверждённой приказом Росстандарта №2356 от 26.09.2022г

При следующих значениях Температура 22,8 °С; Давление 99,4 КПа; Влажность 64,5 %; Темп. изм.
влияющих факторов: среды 23,1 °С; Давл. изм. среды 0,1 МПа; Напряж. в сети 228,5 В

И на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-460324711>

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: 460324711

Знак поверки



Поверитель

Милославский П.В.

Директор

К.В. Попов

Дата поверки 26.08.2025

Общество с ограниченной ответственностью

АБСОЛЮТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРО

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.313716

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ДЮО/26-08-2025/460324710

Действительно до 25.08.2029

Средство измерений: Преобразователи расхода электромагнитные; ПРЭМ-20-С1; Рег. № 17858-11
Заводской номер: 551530
В составе: -
Поверено в полном объёме
В соответствии с РБЯК.407111.039 МП
С применением эталонов: 77099-19 Установки УПРС+, Зав. №091 Эталон 2-го разряда ГПС утверждённой приказом Росстандарта №2356 от 26.09.2022г
При следующих значениях влияющих факторов: Температура 22,6 °С; Давление 99,4 КПа; Влажность 64,9 %; Темп. изм. среды 23,1 °С; Давл. изм. среды 0,1 МПа; Напряж. в сети 228,5 В
И на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-460324710>

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: 460324710

Знак поверки



Поверитель

Милославский П.В.

Директор

К.В. Попов

Дата поверки 26.08.2025

Общество с ограниченной ответственностью
АБСОЛЮТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРО

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.313716

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ДЮО/02-09-2025/460193793

Действительно до 01.09.2030

Средство измерений: Преобразователи давления измерительные; СДВ-И; Рег. № 28313-11
Заводской номер: 232551
В составе: _____
Поверено в полном объёме
В соответствии с МП 16-221-2009 «ГСИ. Преобразователи давления измерительные СДВ»

С применением эталонов: 22307-04 Калибраторы Метран 501-ПКД-Р, Зав. №978 Эталон 2-го
разряда ГПС утверждённой приказом Росстандарта №2091 от
01.10.2018г; 22307-04 Калибраторы Метран 501-ПКД-Р, Зав. №978
Эталон 3-го разряда ГПС утверждённой приказом Росстандарта №1520
от 28.07.2023г; 22307-04 Калибраторы Метран 501-ПКД-Р, Зав. №978
Эталон 3-го разряда ГПС утверждённой приказом Росстандарта №2653
от 20.10.2022г

При следующих значениях
влияющих факторов: Температура 21,9 °С; Давление 97,8 КПа; Влажность 62,6 %
И на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению

Постоянный адрес записи сведений о
результатах поверки в ФИФ ОЕИ: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-460193793>

Номер записи сведений о
результатах поверки в ФИФ ОЕИ: 460193793

Знак поверки



Поверитель

Милославский П.В.

Директор

Дата поверки 02.09.2025

К.В. Попов

Общество с ограниченной ответственностью

АБСОЛЮТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРО

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.313716

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ДЮО/02-09-2025/460193790

Действительно до 01.09.2030

Средство измерений: Преобразователи давления измерительные; СДВ-И; Рег. № 28313-11
Заводской номер: 232552
В составе: -
Поверено в полном объёме
В соответствии с МП 16-221-2009 «ГСИ. Преобразователи давления измерительные СДВ»

С применением эталонов: 22307-04 Калибраторы Метран 501-ПКД-Р, Зав. №978 Эталон 2-го разряда ГПС утверждённой приказом Росстандарта №2091 от 01.10.2018г; 22307-04 Калибраторы Метран 501-ПКД-Р, Зав. №978 Эталон 3-го разряда ГПС утверждённой приказом Росстандарта №1520 от 28.07.2023г; 22307-04 Калибраторы Метран 501-ПКД-Р, Зав. №978 Эталон 3-го разряда ГПС утверждённой приказом Росстандарта №2653 от 20.10.2022г

При следующих значениях влияющих факторов: Температура 21,5 °С; Давление 97,6 КПа; Влажность 62,8 %
И на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-460193790>

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: 460193790

Знак поверки



Поверитель

Милославский П.В.

Директор

К.В. Попов

Дата поверки 02.09.2025